

汎用診断・処置用テーブル仕様書（別紙）

- 1 調達物品名及び構成内容 ※（）内は規格名
 - 1.1 内視鏡ストレッチャー ベルフリット（EB-BFT EB23） 3台
 - 1.2 BFT用イリルガードル架台（EB-BFT-D） 3個
 - 1.3 BFT用イリルガードル架台-BK（EB-BFT-D-BK） 3個
 - 1.4 BFT用サブフットスイッチ（EB-BFT-D-FS） 3個
 - 1.5 BFT用小物トレイ（EB-BFT-D-KM） 3個
 - 1.6 BFT用枕（EB-BFT-D-MES23） 3個

- 2 メーカー情報 タカラベルモント（株）

- 3 性能、機能に関する要件
 - 3.1 最低位が50センチ以下で、患者が乗り降りしやすいこと
 - 3.2 最高位が93センチ以上で、術者が検査や処置をしやすいこと
 - 3.3 本体は電動で昇降できること
 - 3.4 ワンタッチで上昇したり、下降したりできるメモリー機能を有すること
 - 3.5 本体ベース部分は、術者の足元を確保することができるオフセットデザインであること。
 - 3.6 四輪フリーキャスター装備されており、フットレバー操作で4輪フリー・2輪直進・4輪ロックに切替可能なこと
 - 3.7 バッテリー駆動であり、常に電源コードがコードレスで操作可能なこと
 - 3.8 バッテリーは着脱可能なカセット式であること
 - 3.9 バッテリー減少時にランプ表示と警告音でお知らせする機能を有していること
 - 3.10 片手で操作可能な回転式サイドフェンスを有していること
 - 3.11 サイドフェンスは非電動性素材で、高周波電流分流に配慮していること
 - 3.12 リクライニング機能を有していること
 - 3.13 リクライニング時、ガスシリンダーによるアシスト機能を有していること
 - 3.14 リクライニング時、患者の背ずれを防止する機能を有していること
 - 3.15 ロールシートを取り付けることができるホルダーを有していること
 - 3.16 本体に固定可能なフットスイッチを取り付けることができること。
 - 3.17 リクライニング時にも使用することができる専用枕を取り付けることができること

3.18 医療認可製品であること

4 サービス体制・保守体制に関する要件

4.1 検収後1年間は無償で故障修理、調整を実施すること

4.2 アフターサービス要員を配した拠点を熊本県内に有していること