

仕 様 書

1. 業務内容 透析用監視装置定期消耗部品交換作業
2. 設置場所 熊本県荒尾市荒尾 2600 番地
荒尾市民病院腎センター内
3. 対象装置 日機装製透析患者監視装置
装置型式:DCS-100NX、DCS-27、DCS-26
4. 目的 装置が正常な運転状態を保ち安全に透析治療が出来る様、定期的な消耗部品交換作業を行う。
5. 期間 2018 年 6 月～2019 年 3 月
6. 点検内容期間 9 台/年 DCS-100NX(3 台)、DCS-27(1 台)、DCS-26(5 台)
*作業内容は別紙、点検予定表及び機種別内訳表 1～4 を参照。
7. 点検内容
 - (1)分解点検 (加圧・脱気ポンプ、複式ポンプ、除水ポンプ、その他の使用時間による消耗部品交換)
 - (2)バランス測定 (除水精度の確認)
 - (3)自己診断点検 (装置自己診断による総合的な確認)
 - (4)濃度確認 (濃度表示確認)
8. 見積外修理(部品交換など)
 - (1)見積りに無いマイコン基板、その他構成部品等
 - (2)温度サーミスタ、圧力センサ等の計測部品
 - (3)経年劣化による配線等の交換
 - (4)経年劣化による配管等の交換
 - (5)修理に係る技術料

以上

荒尾市民病院

点検予定表

2018年度 透析装置9台定期消耗部品交換予定表

予定日順

	透析監視装置 機種名	ヘッド No.	ME管理No.	S/No.	平成30年												平成31年		
					4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
1	DCS-26	17	619	65004-20			○												
2	DCS-26	23	611	62032-28				○											
3	DCS-26	18	616	60027-08					○										
4	DCS-27	4	5532	70423-01						○									
5	DCS-100NX	8	7441	14109-59							○								
6	DCS-100NX	2	8103	17011-49								○							
7	DCS-100NX	20	8104	17011-50									○						
8	DCS-26	22	617	60078-27											○				
9	DCS-26	15	614	N7A35-21														○	

機種別内訳表1

荒尾市民病院

DCS-100NX(4年目) Wカットール付 1台内訳

2018年度

	部品名	規格	個数	
	加圧・脱気ポンプ			
1	Oリング	R01-036B37	2 個	
2	Oリング	R01-036B41	2 個	
3	インペラ	X60-099B00	2 個	
	複式ポンプ			
4	スライダ	X60-009B00	1 個	
5	テープヘアリング	B07-069A00	2 個	
6	キャップシール	S03-015A01	2 個	
7	ボペットバルブ組立	X04-504W00	5 個	
8	Oリング	R01-036B14	5 個	
	除水ポンプ			
9	キャップシール	S03-003A01	1 個	
10	SMP入口接手組立	X06-113W01	1 個	
11	SMP出口接手組立	X06-113W02	1 個	
12	カム組立	X05-882Z00	1 個	
13	ヘアリング	B07-151A00	1 個	
14	テープヘアリング	B07-140A00	1 個	
15	Eリング	QN8-30ST	1 個	
16	ワッシャ (ナイロン)	W01-041A05	1 個	
	その他			
17	ダイヤフラム	D03-027A00	3 個	
18	電磁弁キット	V01-267V10	8 個	
19	フィルタ組立6.5Φ	X01-001301	1 個	
20	フィルタ組立8Φ	X01-001401	1 個	
21	カップリング(DLJ-03メンテナンスキット)	C06-000110	2 個	
22	フィルター (ETテスト)	F03-068A01	2 個	
23	フィルタ ファン	F03-073A00	2 個	
24	ガスケット ノブ側	G02-297B00	1 個	
25	逆止弁組立 配管部	X08-024W00	1 個	
26	ガスケット Cポート本体接手	G02-001400	1 個	
27	Oリング "	R01-158B15	1 個	
28	ネームプレート ネジ目隠	P21-298A01	1 個	
29	作業費		1 式	

